

## INFORME DE ENSAYO

Datos cliente:

Fecha de emisión: 13/05/2021

**Ayuntamiento de Santa María del Páramo**

PA Mayo nº11  
Santa María del Páramo  
León 24240  
987 350 441  
P2416000D

## ANÁLISIS DE AGUA

Nº de muestra: A / 193980

**Recogida por** Agrovet (VRR)

**Datos de la muestra** Salida colector EDAR

**Matriz** AGUA RESIDUAL BRUTA

**Volumen (ml)** 2000

**OBSERVACIONES**

**Fecha Toma Muestra** 12/05/2021 11:11

**Fecha Recepción** 12/05/2021 15:00

**Fecha Inicio Análisis** 12/05/2021 15:00

**Fecha Final Análisis** 13/05/2021 18:00

### Detección de genes de SARS-CoV-2

Pruebas	Resultado	Unidades	Incer.	V. Referencia
<b>SARS-CoV-2</b>	<b>Negativo</b>			
Método				
PNT MB-793 (RT-qPCR)				

### Legislación del Ensayo:

Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR). Extracción de ácidos nucleicos y PCR a tiempo real específica para el virus SARS-CoV-2, mediante detección de los genes: N, RdRP y E. En los casos informados positivos se han detectado 2 ó 3 genes y se informa el Ct asociado al gen "N". Valores de Ct superiores a 35 son considerados negativos.

León, jueves 13 de mayo de 2021

**REVISADO Y APROBADO POR:**

**David Rodríguez González**

Director Técnico

Firmado electrónicamente por:  
Laboratorios Analíticos Agrovet, S.L.  
Director Técnico  
David Rodríguez González  
NIF: 71.440.354P